



제2014-034731-01호

안전인증서

해냄 E&I

전라남도 여수시 신기북 3길 11 (신기동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Level gauge

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

TORRIX Ex... (Ex ia IIC T6) / 14-KB6B0-0541X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함

· 제조공장명 : FAFNIR GmbH

· 소재지 : Bahrenfelder Straße 19, 22765 Hamburg Germany

2. 제품개요

· 제품정격 : 10 - 30 V DC

※ Safety parameters: $U_i = 30\text{ V}$, $I_i = 200\text{ mA}$, $P_i = 1\text{ W}$, $L_i = 250\text{ }\mu\text{F}$, $C_i = 5\text{ nF}$

3. 인증범위

· Serial Number : 14535, 14536, 14537, 14538, 14539, 14540 제품에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

· 사용주위온도 : $-20\text{ }^\circ\text{C} \sim +40\text{ }^\circ\text{C}$

※ If titanium floats are used, care must be taken during the installation and the operation that these floats cannot cause any frictional and impact sparks. 기타 사항은 사용설명서 참고

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

· 사용설명서 참조

2014년 9월 25일

한국산업기술시험원장

